

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név: Csornai Margit Kórház	
Postai cím: Soproni u. 64.	
Város: Csorna	Postai irányítószám: 9300

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Árubeszerzés, EFOP-2.2.18-17-2017-00048 számú Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés 3 részben adásvételi szerződés keretében.

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

EFOP-2.2.18-17-2017-00048 számú Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Csornai Margit Kórházban projekt keretében Légtechnikai fertőtlenítő rendszerek beszerzése:

— Légtechnikai fertőtlenítő rendszer (óránkénti légsere: min. 50 m³/óra): 56 db.

Kiemelt veszélyeztetettségű belső terek (fekvőbeteg osztályok, kórtermek stb.) illetve nagy forgalmú közösségi terek levegőjének fertőtlenítését biztosító berendezés; Áramellátás: 220 V, 50 Hz egyfázisú, Óránkénti légsere: min. 50 m³/óra, Precíziós gyártású fémház fertőtleníthető, fehér antibakteriális porszórt bevonattal, Plazmaelven alapuló antimikrobiális hatás, Az antimikrobiális hatás kiváltásához nem szükséges filter, vegyszer vagy egyéb segédanyag, Másodperc tört része alatt bekövetkező ölü hatás vírusok, penészgombák és baktériumok esetében egyaránt, Hatékonyan csökkenti a kellemetlen szagokat és a levegőben található allergének káros hatásait, Szakismeretet és felügyeletet nem igénylő, gazdaságilag hatékony üzemeltetés, Egyszerűen és költségmentesen tisztítható bemeneti mechanikai porleválasztó, Nincs károsanyag-kibocsátás: akár folyamatosan is biztonságosan használható a betegek és a személyzet környezetében, Hordozható és felületre is szerelhető kivitel, CE tanúsítvány.

— Légtechnikai fertőtlenítő rendszer (óránkénti légsere: min. 250 m³/óra): 5 db.

Kiemelt veszélyeztetettségű belső terek (fekvőbeteg osztályok, kórtermek stb.) illetve nagy forgalmú közösségi terek levegőjének fertőtlenítését biztosító berendezés, Áramellátás: 220 V, 50 Hz egyfázisú, Óránkénti légsere: min. 250 m³/óra, Precíziós gyártású fémház fertőtleníthető, fehér antibakteriális porszórt bevonattal, Plazmaelven alapuló antimikrobiális hatás, Az antimikrobiális hatás kiváltásához nem szükséges filter, vegyszer vagy egyéb segédanyag, Másodperc tört része alatt bekövetkező ölü hatás vírusok, penészgombák és baktériumok esetében egyaránt, Hatékonyan csökkenti a kellemetlen szagokat és a levegőben található allergének káros hatásait, Szakismeretet és felügyeletet nem igénylő, gazdaságilag hatékony üzemeltetés, Egyszerűen és költségmentesen tisztítható bemeneti mechanikai porleválasztó, Nincs károsanyag-kibocsátás: akár folyamatosan is biztonságosan használható a betegek és a személyzet környezetében, Felületre szerelhető kivitel, CE tanúsítvány.

Az eszközök beszerelése, beüzemelése, a jótállás időtartama alatt az eszközök gyártó, forgalmazó által előírt kötelező karbantartási feladatainak ellátása, valamint a 10 fő Kezelőszemélyzet oktatása összesen 3munkaórában nyertes ajánlattevő feladata.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 245-511732

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18691/2017 (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: -

V. szakasz: A szerződés teljesítése

V.1 A szerződést kötő fél (felek)

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) ¹	
Hivatalos név: Csornai Margit Kórház	
Postai cím: Soproni u. 64.	
Város: Csorna	Város: Csorna
Hivatalos név: Irodamix Hungary Kft.	
Postai cím: Holló u. 7.	
Város: Zalaegerszeg	Postai irányítószám: 8900

V.2) A szerződés teljesítése

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt <input checked="" type="checkbox"/> igen - nem A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2018/06/12
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018/06/18
V.2.4) A szerződés értéke A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 103 700 000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: -


.....
Csornai Margit Kórház
