

## Kiegészítő Tájékoztató 2.

### **Csornai Margit Kórház**

- EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés tárgyú -

### Közbeszerzési eljáráshoz

### Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Csatoltan megküldjük az Önök részére az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplők által feltett kérdéseket és az Ajánlatkérő által az arra adott válaszokat a Kbt. 56.§-ban foglaltak szerint.

### Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplők által feltett kérdések és az arra adott válaszok:

1. *Kérdés: 3. Rész: Festőautomata elszívóberendezéssel: Megfelelő-e Ajánlatkérőnek az 50 festési protokoll memóriában tárolása helyett, a 15 festési protokoll legyen eltárolható a memóriában? Tudásunk szerint 2 féle cytológiai festéseket végeznek a cytológiai laborok, tehát a 15 festési protokoll elegendő lehet.*

**Válasz:** Az egy munkafolyamatban végzendő vizsgálatok száma miatt, olyan festőautomata megajánlása nem megfelelő mely nem teszi lehetővé az 50 festési protokoll memóriában történő tárolását. Legalább 50 festési protokoll legyen eltárolható a memóriában: megléte kötelező.

Ajánlattevők ajánlatukat a Közbeszerzési dokumentációban és a Műszaki leírásban foglaltak szerint tegyék meg.

2. *Kérdés: 3. Rész: Festőautomata elszívóberendezéssel: Mit ért Ajánlatkérő „egy időben akár 10 festési protokollt is végrehajtható legyen” tulajdonság alatt? Ugyan is a cytológiai festő automaták 1 maximum 2 vezérlő karral rendelkeznek, vagyis ebből kiindulva egyidejűleg 1 vagy maximum 2 festést lehet elvégezni a vezérlő kar segítségével.*

**Válasz:** A festőautomata egyszerre akár 10 külön festési eljárást is képes véghezvinni egy időben, ez független a vezérlő kar számától, mert ez szoftveresen történik, azaz egymás mellett, egy időben, egymás utániségában történik a tárgylemezek különböző festési protokollok alapján történő festése. Olyan festőautomata megajánlása nem megfelelő mely nem teszi lehetővé 10 festési protokoll egyidejű végrehajtását.

Ajánlattevők ajánlatukat a Közbeszerzési dokumentációban és a Műszaki leírásban foglaltak szerint tegyék meg.

3. *Kérdés: 3. Rész: Festőautomata elszívóberendezéssel: Megfelelő-e Ajánlatkérőnek a 25 reagens állomás helyett, ha 18 reagens állomással rendelkezik a festőautomata?*

**Válasz:** Legalább 5 vizes és 25 reagens állomás: megléte kötelező. Az egy munkafolyamatban végzendő vizsgálatok száma miatt, olyan festőautomata megajánlását nem megfelelő mely legalább 5 vizes és 25 reagens állomással nem rendelkezik.

Ajánlattevők ajánlatukat a Közbeszerzési dokumentációban és a Műszaki leírásban foglaltak szerint tegyék meg.

4. *Kérdés: 3. Rész: Festőautomata elszívóberendezéssel: A beépített világítás esetében megfelelő-e Ajánlatkérőnek, ha a készülék nem rendelkezik ezzel a funkcióval, viszont a plexivel ellátott burkolat mellett a folyamatok, a reagens tartalom és a rack-ek működése is, jól átláthatóak a festő automatában.*

**Válasz:** Beépített világítás, vagy víztiszta plexi burkolat: megléte kötelező. Olyan festőautomata megajánlása nem megfelelő mely nem rendelkezik belső világítással vagy víztiszta plexi burkolattal, vagyis a jól láthatóságot beépített világítás, vagy víztiszta plexi burkolat biztosítja.

Ajánlattevők ajánlatukat a Közbeszerzési dokumentációban és a Műszaki leírásban foglaltak szerint tegyék meg.

5. *Kérdés: 3. Rész: Festőautomata elszívóberendezéssel: Megfelelő-e Ajánlatkérőnek az auto-Return, és sürgős start funkció esetében, ha ezekkel a funkcióval nem rendelkezik?*

**Válasz:** Auto-Return, és sürgős start funkció: megléte kötelező. Olyan festőautomata megajánlása nem megfelelő mely nem rendelkezik Auto-Return, és sürgős start funkcióval, a biztonságos és hatékony működést segítése érdekében.

Ajánlattevők ajánlatukat a Közbeszerzési dokumentációban és a Műszaki leírásban foglaltak szerint tegyék meg.

6. *Kérdés: 3. Rész: Festőautomata elszívóberendezéssel: A megszakítható festési folyamat, tárgylemez visszahívó funkció esetében megfelelő-e Ajánlatkérőnek, ha a készülék csak a megszakítható festési folyamat funkcióval rendelkezik?*  
**Válasz:** Megszakítható festési folyamat, tárgylemez visszahívó funkcióval: megléte kötelező. Olyan festőautomata megajánlása nem megfelelő mely nem rendelkezik megszakítható festési folyamat, tárgylemez visszahívó funkcióval, a biztonságos és hatékony működést segítése érdekében. Ajánlattevők ajánlatukat a Közbeszerzési dokumentációban és a Műszaki leírásban foglaltak szerint tegyék meg.
7. *Kérdés: 3. Rész: Festőautomata elszívóberendezéssel: A 2 szintes elrendezés esetében, megfelelő-e Ajánlatkérőnek, ha egyszintes a berendezés, a jó átláthatóság és gyors, folyamatos adagolás mellett?*  
**Válasz:** A helyiség méret adottsága miatt Olyan festőautomata megajánlása nem megfelelő melynek elrendezése nem 2 szintes. Ajánlattevők ajánlatukat a Közbeszerzési dokumentációban és a Műszaki leírásban foglaltak szerint tegyék meg.
8. *Kérdés: 3. Rész: Festőautomata elszívóberendezéssel: Megfelelő-e Ajánlatkérőnek, ha a mosható festőedények nem moshatóak mosogató gépben?*  
**Válasz:** Mosogatógépben is mosható festőedények: megléte kötelező. A betegbiztonság és higiéniai követelmények biztosítása miatt olyan festőautomata megajánlás nem megfelelő amelyknél a festőedények moshatósága mosogatógépben nem biztosított. Ajánlattevők ajánlatukat a Közbeszerzési dokumentációban és a Műszaki leírásban foglaltak szerint tegyék meg.
9. *Kérdés: 3. Rész: Fedőautomata: Megfelelő-e Ajánlatkérőnek, ha folyamatos adagolás mellett a berendezés 1 rack egyidejű feldolgozását tudja elvégezni? Ugyan is ebben az esetben is a készülék 400 tárgylemez fedését képes elvégezni egy óra alatt.*  
**Válasz:** Ha a kérdező úgy érti az 1 rack egyidejű feldolgozását, hogy ha végzett az 1 rack lefedésével, és a fedőautomata nem tudja elkezdni a következő rack tárgylemezeinek fedését, vagyis a felhasználónak be kell tennie a következő rack-et manuálisan, akkor nem fogadható el. Mint ahogy azt a másik minimum paraméter is jelöli, legalább 5 rack-et fogadnia kell az automatának, hogy a felhasználónak ne kelljen ott állnia a fedőautomata mellett, ezáltal valós, "walk away" munkafolyamat létrejöhessen. Az egy munkafolyamatban végzendő vizsgálatok száma miatt, olyan fedőautomata megajánlását nem megfelelő mely 5 tárgylemez rack egyidejű fogadását nem tudja teljesíteni. 5 tárgylemez rack egyidejű fogadása megléte kötelező. Ajánlattevők ajánlatukat a Közbeszerzési dokumentációban és a Műszaki leírásban foglaltak szerint tegyék meg.
10. *Kérdés: 3. Rész: Fedőautomata: A beépített akkumulátor esetében megfelelő-e Ajánlatkérőnek a külső akkumulátor, szünetmentes tápegység?*  
**Válasz:** Beépített akkumulátor megléte kötelező. A helyiség méret adottsága miatt Olyan fedőautomata megajánlása nem megfelelő mely nem beépített akkumulátort tartalmaz. Ajánlattevők ajánlatukat a Közbeszerzési dokumentációban és a Műszaki leírásban foglaltak szerint tegyék meg.
11. *Kérdés: Fenti tenderkiírásban műszaki súlyponti elvárások vannak. Ezek az elvárások azonban sem a felolvasólapon, sem a specifikációs lapban nem jelennek meg. Kérjük szíves válaszukat, hogy hol kell megadnunk a súlyponti elvárásokra a válaszukat.*  
**Válasz:** Amennyiben Tisztelt Gazdasági szereplő a Műszaki többlettartalom keretében értékelt paraméterekre gondolt, akkor azt a Közbeszerzési Dokumentáció C. 12.9 pontja alatt található táblázatok (Műszaki többlettartalom keretében értékelt paraméterek) kitöltésével - cégszerű aláírással ellátva - és az ajánlathoz történő csatolásával adhatja meg.
12. *Kérdés: 2. rész Ultrahang készülék urológiai felhasználásra: Elfogadja-e Ajánlatkérő olyan ultrahang készülék megajánlását, ahol a biplane rektális vizsgálófej használatakor a monitoron egyidőben látható két sík képe közül egyszerre az egyik élő és a két kép között egy nyomógombbal egyszerűen váltani lehet, valamint a biopsziás tűvezető jel mindkét képen megjelenik? Indoklás: A gyakorlati tapasztalatok alapján a nyomógombbal történő képsík váltás mellett is kellő biztonsággal végezhető biopsziás beavatkozás. Szimultán képalkotás a képminőség ill. a másodpercenkénti képszám rovására valószínűsíthető meg, ami*

csökkentheti a beavatkozás biztonságát. A szimultán képképzés előírása a célra jól használható készülékeket zár ki, ezért versenykorlátozó.

**Válasz:** Olyan "Ultrahang készülék urológiai felhasználásra" megajánlás nem megfelelő, amelyeknél mindkét képsíkban nem látható, a vizsgálófejen keresztül menő transzrectalis biopsziás csatorna egyidőben. A két (szagittális és transzverzális) képsík szimultán, élő képképzés régóta használt ultrahang diagnosztikai módszer a prosztatata vizsgálatok és mintavételkor. Több gyártó rendelkezik ezzel a technikával. Előnye, hogy a vizsgálófej elfordításakor, pásztázáskor egyszerre látható mindkét "új" sík, az elválás helye könnyebben lokalizálható, a tervezett prosztatata biopszia helye könnyebben meghatározható, a biopszia biztonságosabban, gyorsabban kivitelezhető. Ismertek olyan technikai megoldások ahol a szimultán élő kép bekapcsolása nem okoz képminőség romlást. Ajánlattevők ajánlatukat a Közbeszerzési dokumentációban és a Műszaki leírásban foglaltak szerint tegyék meg.

13. *Kérdés: 2. rész Ultrahang készülék urológiai felhasználásra: Elfogadja-e Ajánlatkérő olyan ultrahang készülék megajánlását, amelynek rektális vizsgálófejéhez használt tűvezető csatorna a vizsgálófej felszínére szorosan illeszkedik, de nem megy át a vizsgálófejen? Indoklás: A vizsgálófejbe beépített csatorna esetén minden egyes biopsziás beavatkozás után az egész vizsgálófejet sterilizálni kell, ami rövidíti annak élettartamát és időigényes. Külső csatorna használatával - a vizsgálófejen megfelelő védőhuzat alkalmazásával - elegendő a leszerelhető külső csatornát sterilizálni. Két külső csatorna váltott használatával jelentős időmegtakarítás érhető el és növelhető a vizsgálófej élettartama, ezért megtérül a védőhuzat költsége is.*

**Válasz:** Olyan "Ultrahang készülék urológiai felhasználásra" megajánlás nem megfelelő amelyeknél az egész vizsgálófej sterilizálása nem biztosított. A prosztatata anatómiai helyzete miatt az urológiában gyakran nem előretékintő vizsgálófejet használnak, hanem a prosztatata irányába tekintő, a fej tengelyével szöveget bezáró képsíkú fejeket. Ennek megfelelően a biopsziás tűnek is ezen a képsíkon kell áthaladnia. Ezt a fej tengelyével szöveget bezáró, a prosztatata irányába mutató biopsziás csatorna teszi lehetővé. A fej tengelyével párhuzamos punkciós csatornát az előretékintő képképzés vizsgálófej látja. Ez - az anatómiai sajátosságok miatt - nőgyógyászati vizsgálatoknál előnyösebb, így ott használják. (Pl. Az intracavitalis, előretékintő képsíkú transzducer - a hüvelyen keresztül - megfelelő képet alkot a méhről.) Létezik olyan technikai megoldás ahol - a kondommal borított - vizsgálófej tengelyével szöveget bezáró, - kondomon kívül - felhelyezett punkciós szerelék egyszerűen cserélhető és/vagy sterilizálható. Ajánlattevők ajánlatukat a Közbeszerzési dokumentációban és a Műszaki leírásban foglaltak szerint tegyék meg.

14. *Kérdés: 1. rész 2. sz. tétel, Lágylézer készülék: Ajánlatkérő a lágylézer készüléket gyógytorna és fizioterápiás kezelésekre szánja. A kiírt hullámhossz (660 nm piros) fizioterápiás kezelésekre nem alkalmazható. Fizioterápiás-reumatológiai kezelésekre a 780-808 nm hullámhosszon működő lézerek ajánlottak. Kérjük, szíveskedjenek megadni, hogy piros (660 nm) vagy infra (780-808 nm) lézerekészülékre van-e szükségük. Mit jelent a "hordozható" paraméter? Méretileg zsebben vagy kistáskában férjen el?*

**Válasz:** A Lágylézer készüléket fizioterápia, gyógytorna szakrendelésen kívánjuk elhelyezni. Kórházunkban kicsi több szakmák szakrendelések vannak. Mátixban működünk, így nem csupán a fizioterápiás-reumatológiai betegeket fogadunk a szakrendelésen. Kérjük a kiírásnak megfelelően a piros 660 nm hullámhosszú készüléket megajánlani.

Hordozható paraméter: Nem fix helyez kötött.

Méretileg: táskában elférhető

Ajánlattevők ajánlatukat a Közbeszerzési dokumentációban és a Műszaki leírásban foglaltak szerint tegyék meg.

15. *Kérdés: 1. rész 6. sz. tétel, Elektroterápiás, ultrahang- és kombinált terápiai készülék: Cégünk több, mint 50 éve gyárt és fejleszt elektroterápiás berendezéseket. Meglátásunk alapján a műszaki specifikációban meghatározott követelményeket – az abban szereplő összes paramétert (egyidejűleg) figyelembe véve – a Magyarországon forgalmazott készülékek közül mindössze egyetlen külföldi gyártó egyetlen modellje képes maradéktalanul teljesíteni. Ez a piaci versenyt teljességgel kizárja. Kérjük ajánlatkérőt, hogy a műszaki leírást (specifikációt) olyan szempontok szerint pontosítsa, hogy az ne legyen versenykorlátozó. Javasoljuk az alábbi, orvosszakmai-kezeléstechnikai szempontból irreleváns paraméterek módosítását:*

*A paraméterek beállítása érintőképernyőn történik. (ez a kezelés szempontjából mellékes)*

*Funkcionalitás – túlspecifikált!*

*Kijelző – túlspecifikált!*

*NMES áramformák – túlspecifikált!*

*TENS áramformák – HAN STIM: Ez Magyarországon szinte nem is használt hullámforma, a legtöbb készülékben nem található meg.*

*Kiíró hordozható készüléket kér. Az specifikációban meghatározott paraméterekkel rendelkező készülékek jellemzően asztali vagy állványos kivitelűek. Ajánlatkérő elfogadja-e az asztali vagy állványos készüléket? Ajánlatkérő elfogadja-e, ha ajánlattevő több készüléket ajánl meg, mellyel teljesíthetők a műszaki követelmények?*

**Válasz:** A specifikáció egyáltalán nem egyedi, lényegében a manapság európai piacon működő gyártók mindegyike kielégíti ezeket a feltételeket. Semmi extrém nincs bennük, az érintőképernyő és az azon való paraméterbeállítás szinte kötelező követelmény, az, hogy a funkciók nem több különböző géppel teljesíthetők, ez már legalább 10-15 éve az összes európai gyártónál így vannak a programban, azaz kombinált gépek, (elektroterápia, ultrahang, lézer- ez utóbbi néhány cégnél külön van a toronyban), egy vákuum kiegészítéssel. A Magyarországon általános fizioterápiás tenderkiírásokban az egyes kezelési módoknál részletes áramforma, idő, impulzus, stb, szokott kiírásra kerülni, itt csak az elvárható áramformák lettek kijelölve, azaz a manapság szokásosnál lényegesen egyszerűbb, szikárabb a kiírás. Összefoglalva: a kiírás semmiképpen nem tekinthető versenykorlátozónak, és tartalmazza azokat az Európában teljesen hétköznapiak tekintett kezelési elvárásokat, amelyek most, és a Vevő által az elkövetkező 8-10 évben a modern kezelési módszereket lehetővé teszik. Egy kiírás egyik alapvető feladata, hogy a végfelhasználó legalább 8-10 évig kezeléseinél európai standardot használjon, és ne azonnal 10-15 éves elavult technológiával dolgozzon. Ezek a paraméterek kétségtelenül csak up to date technikai színvonalon teljesítő készülékekkel érhetőek el. Ajánlatkérő fentiekre tekintettel a kiírásnak megfelelő hordozható készüléket fogad el.

Ajánlatkérő nem fogadja el az állványos, sok készülékből álló torony megajánlását.

Az ajánlatkérő szerint nem túlspecifikált a funkcionalitás. Indokaink: lsd fenti válasz

Az ajánlatkérő szerint nem túlspecifikált a kijelző Indokaink: lsd fenti válasz

Az ajánlatkérő szerint nem túlspecifikált a NMES áramformák. Indokaink: lsd fenti válasz

TENS áramformák – HAN STIM: A modern technikai színvonalú készülékekben létező és elvárható funkció, melyet a Kórház használni kíván.

Ajánlattevők ajánlatukat a Közbeszerzési dokumentációban és a Műszaki leírásban foglaltak szerint tegyék meg.

16. Kérdés: 1. rész 7. sz. tétel, *Függesztőrács mozgásterápiához: Ajánlatkérő a mellékelt műszaki leírás alapján a függesztőrácshoz tartozékként nem igényelt lábpédállal működtethető motoros magasságállítási terápiás ágyat, mely orvosszakmai szempontok alapján a készülék használatához szükséges lenne. Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell-e ilyen berendezést?*

**Válasz:** A kiírásnak megfelelő eszközt kérjük megajánlani, nem szükséges motoros magasságállítási ágy.

Ajánlattevők ajánlatukat a Közbeszerzési dokumentációban és a Műszaki leírásban foglaltak szerint tegyék meg.

17. Kérdés: 1. rész 11. sz. tétel, *Elektroterápiás, ultrahang-, kombinált és lézer terápiás készülék: Cégünk több, mint 50 éve gyárt és fejleszt elektroterápiás berendezéseket. Meglátásunk alapján a műszaki specifikációban meghatározott követelményeket – az abban szereplő összes paramétert (egyidejűleg) figyelembe véve – a Magyarországon forgalmazott készülékek közül mindössze egyetlen külföldi gyártó egyetlen modellje képes maradéktalanul teljesíteni. Ez a piaci versenyt teljességgel kizárja. Kérjük ajánlatkérőt, hogy a műszaki leírást olyan szempontok szerint pontosítsa, hogy az ne legyen versenykorlátozó. Javasoljuk az alábbi, orvosszakmai-kezeléstechnikai szempontból irreleváns paraméterek módosítását:*

*A paraméterek beállítása érintőképernyőn történik. (ez a kezelés szempontjából mellékes)*

*Funkcionalitás – túlspecifikált!*

*Kijelző – túlspecifikált!*

*Lézer terápia – túlspecifikált!*

*NMES áramformák – túlspecifikált!*

*TENS áramformák – HAN STIM: Ez Magyarországon szinte nem is használt hullámforma.*

*Kiíró hordozható készüléket kér. Az specifikációban meghatározott paraméterekkel rendelkező készülékek jellemzően asztali vagy állványos kivitelűek. Ajánlatkérő elfogadja-e az asztali vagy állványos készüléket? Ajánlatkérő elfogadja-e, ha ajánlattevő több készüléket ajánl meg, mellyel teljesíthetők a műszaki követelmények?*

**Válasz:** A specifikáció egyáltalán nem egyedi, lényegében a manapság európai piacon működő gyártók mindegyike kielégíti ezeket a feltételeket. Semmi extrém nincs bennük, az érintőképernyő és az azon való

paraméterbeállítás szinte kötelező követelmény, az, hogy a funkciók nem több különböző géppel teljesíthetők, ez már legalább 10-15 éve az összes európai gyártónál így vannak a programban, azaz kombinált gépek, (elektroterápia, ultrahang, lézer- ez utóbbi néhány cégnél külön van a toronyban), egy vákuum kiegészítéssel. A Magyarországon általános fizioterápiás tenderkiírásokban az egyes kezelési módoknál részletes áramforma, idő, impulzus, stb, szokott kiírásra kerülni, itt csak az elvárható áramformák lettek kijelölve, azaz a manapság szokásosnál lényegesen egyszerűbb, szikárabb a kiírás. Összefoglalva: a kiírás semmiképpen nem tekinthető versenykorlátozónak, és tartalmazza azokat az Európában teljesen hétköznapiak tekintett kezelési elvárásokat, amelyek most, és a Vevő által az elkövetkező 8-10 évben a modern kezelési módszereket lehetővé teszik. Egy kiírás egyik alapvető feladata, hogy a végfelhasználó legalább 8-10 évig kezeléseivel európai standardot használjon, és ne azonnal 10-15 éves elavult technológiával dolgozzon. Ezek a paraméterek kétségtelenül csak up to date technikai színvonalon teljesítő készülékekkel érhetőek el. Ajánlatkérő fentiekre tekintettel a kiírásnak megfelelő hordozható készüléket fogad el.

Ajánlatkérő nem fogadja el az állványos, sok készülékből álló torony megajánlását.

Az ajánlatkérő szerint nem túlspecifikált a funkcionalitás. Indokaink: lsd fenti válasz

Az ajánlatkérő szerint nem túlspecifikált a kijelző. Indokaink: lsd fenti válasz

Az ajánlatkérő szerint nem túlspecifikált a lézertherápia. Indokaink: lsd fenti válasz

Az ajánlatkérő szerint nem túlspecifikáltak a NMES áramformák. Indokaink: lsd fenti válasz

TENS áramformák – HAN STIM: A modern technikai színvonalú készülékekben létező és elvárható funkció, melyet a Kórház használni kíván. Ajánlatkérő kéri, a műszaki leírásnak megfelelő készülék megajánlását.

Ajánlattevők ajánlatukat a Közbeszerzési dokumentációban és a Műszaki leírásban foglaltak szerint tegyék meg.

18. Kérdés: 3. részben lévő paraván paramétereiben előírt min: 180\*60 cm méretet jól értelmezzük, hogy magasság\*szélességi méreteket határozott meg t. Ajánlatkérő?

Válasz: Igen 180cm magas 60 cm széles

19. Kérdés: A 3. részben szereplő „folyékony nitrogénes fagyasztáshoz tartály, átfejtő” termékre vonatkozóan a nitrogén kapacitást 10 l-ben határozták meg. Elfogadja t. Ajánlatkérő a minimális eltéréssel nagyobb 11 literes tartályt?

Válasz: Igen Ajánlatkérő elfogadja a 11 literes tartály megajánlását.

20. Kérdés: A 3. részben szereplő fedőautomata paramétereiben fixen határozták meg, hogy 5 tárgylemez rack egyidejű fogadására alkalmasnak kell lennie a berendezésnek. Elfogadja t. Ajánlatkérő a lényegesen jobb 11 tárgylemez rack egyidejű fogadására alkalmas berendezés megajánlását?

Válasz: Ajánlatkérő minimálisan elvárt követelménye az, hogy 5 tárgylemez rack egyidejű fogadására alkalmasnak kell lennie a berendezésnek Igen Ajánlatkérő elfogad a kiírtnál több tárgylemez rack egyidejű fogadására alkalmas berendezést.

21. Kérdés: A 2. rész nőgyógyászati ultrahang estében jól értelmezzük, hogy Ajánlatkérő a konvex vizsgálófej esetében írja elő a 180 kristályelem számot? A megajánlani kívánt készülék esetében a konvex vizsgálófej kristály elemeinek a száma 128, amivel képalkotási minősége kiváló szülészeti/nőgyógyászati hasi vizsgálatoknál. Elfogadja t. Ajánlatkérő, amennyiben a megajánlott készülék konvex vizsgálófej kristály elemeinek a száma:128?

Válasz: Ajánlatkérő minimális elvárása a 180 kristályelem a konvex vizsgálófej esetében. Minél nagyobb ez a szám, annál jobb a felbontás minősége, ezért kérjük, a kiírás szerinti készülék megajánlását. Ajánlattevők ajánlatukat a Közbeszerzési dokumentációban és a Műszaki leírásban foglaltak szerint tegyék meg.

22. Kérdés: Az 2. részben szereplő ólomkötény és gonádvédő esetében jól értelmezzük, hogy a 0,25cm alatt valójában 0,25 mmPb értékre gondolt t. Ajánlatkérő? Ugyan ezen tételek esetében kérjük megadni a használók átlag magasságát.

Válasz: Jól értelmezik, 0,25 mm Pb értékre kérjük megadni az ajánlatot. Átlag magasság 166 cm ( M méret).

23. Kérdés: Az 1. rész felső végtagi mozgatórobot tekintetében a „mozgástatómány váll rotáció min. 15 – 160 fok” paraméterre vonatkozóan szeretnénk értelmezni a meghatározást. Jól értelmezzük, hogy a megadott

fok elvárásban testtel (vállakkal) párhuzamos be-rotációt tekintették nulla foknak, Ilyen formán a 15-160 fok 145 fokos kitérést jelent? Illetve az egyérműsítés érdekében kérjük, adják meg a rotáció nulla fokos helyzetét (szokásosan derékszögben előre nyújtott alkar mutatja a legjobban, bár a könyököt nem kell a rotációhoz behajlítani).

Válasz: Nem, a paraméter a kitérés mértékére vonatkozó elvárást tartalmazza, mely min. 15-160 fok között kell legyen. A rotáció nulla fokos helyzetének valóban az előre nyújtott alkarral ábrázolható helyzetet tekintettük, de ez jelen paraméternek nem része.

24. Kérdés: 3. Rész Festőautomata: Ismereteink szerint a műszaki leírásban foglaltaknak csak egy gyártó egy készüléke felel meg a 2 szintes elrendezés paraméter tekintetében, így véleményünk szerint e feltétel versenykorlátozó. Tisztelettel kérjük Ajánlatkérőt, hogy törölje ezt a kizárólagos gyártóhoz kötött paramétert a festőautomata vonatkozásában, lehetővé téve más gyártók számára is az ajánlattételt.

Válasz: A helyiség méret adottsága miatt Olyan festőautomata megajánlása nem megfelelő melynek elrendezése nem 2 szintes.

Az európai piacon egynél több működő gyártó kielégíti a fenti feltételeket.

Ajánlattevők ajánlatukat a Közbeszerzési dokumentációban és a Műszaki leírásban foglaltak szerint tegyék meg.

25. Kérdés: A közbeszerzési dokumentáció 11. pontjában meghatározottak szerint jól értelmezzük-e, hogy a részletes ártáblázat csak az eljárás későbbi szakaszában Ajánlatkérő külön felhívására nyújtandó be, és az első körben egy egyösszegű ajánlatot kell megadni a felolvasólapon?

Válasz: Nem jól értelmezik. A felolvasólapon - részenként - az egy összegű ajánlati árat kell megadni. Az **Ajánlathoz az ajánlat részeként az ajánlatadáskor csatolni kell a részletes ártáblázatot!!!**

Kelt: Csorna, 2017/12/07



Csornai Margit Kórház

