

Kiegészítő Tájékoztató 4.

Csornai Margit Kórház

- EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés tárgyú -

Közbeszerzési eljáráshoz

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Csatoltan megküldjük az Önök részére az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplők által feltett kérdéseket és az Ajánlatkérő által az arra adott válaszokat a Kbt. 56.§-ban foglaltak szerint.

Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő által feltett kérdések és az arra adott választ:

Kérdés: A 2. részben lévő dioptriámérő automata és autorefraktokeratométer termékek vonatkozásában 5-6" érintőképernyő méretet határoztak meg. Elfogadja t.Ajánlatkérő a minimális eltéréssel nagyobb 5,7" méretet.

Válasz: A 2. részben lévő dioptriámérő automata és autorefraktokeratométer termékek vonatkozásában, a műszaki specifikáció és a közbeszerzési dokumentációban megfogalmazott:

5-6" érintőképernyő Megléte kötelező.

Amennyiben a műszaki dokumentációban és műszaki specifikációban megfogalmazott 5-6" érintőképernyő méret tartományba beletartozik, a gazdasági szereplő által megjelölt 5,7" tartomány és ez megfelel a kiírásnak úgy igen elfogadható.

Ajánlattevők ajánlatukat a Közbeszerzési dokumentációban és a Műszaki leírásban foglaltak szerint tegyék meg.

Csorna, 2017. december 11.


Csornai Margit Kórház



