

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

## Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I.1) Név és címek

Hivatalos név: Csornai Margit Kórház	
Postai cím: Soproni u. 64.	
Város: Csorna	Postai irányítószám: 9300

### II. szakasz: Tárgy

#### II.1) Meghatározás

**II.1.1) A közbeszerzés tárgya:** EFOP-2.2.19-17 számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés.

#### II.2) A közbeszerzés mennyisége

##### II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

1. rész: EFOP-2.2.19-17 számú - Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében, Orvostechnikai berendezések, különféle orvosi eszközök, fizioterápiás eszközök beszerzése:

- Négyrekeszes galvánkád 1 db
- Lágylézer készülék 1 db
- Alsóvégtagi mozgató robot(tér és csípőizület mozgató) 1 db
- Felsővégtagi mozgatórobot könyök 1 db
- Felsővégtagi mozgatórobot váll 1 db
- Ultrahang terápiás készülék 1 db
- Elektroterápiás, ultrahang- és kombinált terápiás készülék 1 db
- Függesztőrács mozgásterápiához 1 db
- Fényterápiás készülék 1 db
- Vizsgálószék dönthető 6 db
- Infúziós állvány 6 db
- Elektroterápiás, ultrahang-,kombinált és lézer terápiás készülék 1 db
- Bordásfal 2 db

Az eszközök beszerelése, beüzemelése és kvalifikálása, valamint a jótállás időtartama alatt az eszközök gyártó, forgalmazó által előírt kötelező karbantartási feladatainak ellátása nyertes ajánlattevő feladata.

2. rész: EFOP-2.2.19-17 számú - Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében Orvostechnikai berendezések beszerzése:

- Felnőtt próbakeret 1 db
- Dioptriámérő automata 1 db
- Autorefraktokeratotméter 1 db
- EKG 6/12 csatornás 3 db
- Ólomkötény 2 db
- Gonádvédő 1 db
- Érdoppler 1 db
- Dermatoscop 1 db
- Mikroskop 1 db
- CTG 1 db
- Ultrahang készülék nőgyógyászati 1 db
- Ultrahang készülék urológiai felhasználásra 1 db
- Mammográfiai ultrahang készülék 1 db
- Digitális video kiegészítés Easy III. EEG készülékhez 1 db

Az eszközök beszerelése, beüzemelése és kvalifikálása, valamint a jótállás időtartama alatt az eszközök gyártó, forgalmazó által előírt kötelező karbantartási feladatainak ellátása nyertes ajánlattevő feladata.

3. rész: EFOP-2.2.19-17 számú - Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében Orvostechnikai berendezések, és egyéb berendezések beszerzése:

- Paraván 1 db
- Folyékony nitrogénes fagyasztáshoz tartály, átfejtő 1 db
- Desztilláló készülék 1db
- Műszermosogató automata 1 db

**CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ**  
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

- Fedőautomata 1 db
- Festőautomata elszívóberendezéssel 1 db

Az eszközök beszerelése, beüzemelése és kvalifikálása, valamint a jótállás időtartama alatt az eszközök gyártó, forgalmazó által előírt kötelező karbantartási feladatainak ellátása nyertes ajánlattevő feladata.

#### IV. szakasz: Eljárás

##### IV.1) Meghatározás

**IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:** Kbt. II. Rész, XV. fejezet uniós értékhatárt elérő értékű eljárás

**IV.1.2) Az eljárás fajtája:** A Kbt. 81.§-a szerinti Nyílt eljárás

**IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:-**

**IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -**

##### IV.2) Adminisztratív információk

**IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel**

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 216-448476

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 16272/2017

**IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: -**

**IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: -**

**IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: \***

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: -

#### V. szakasz: Az eljárás eredménye

**A szerződés száma:** 1. rész **Elnevezés:** „EFOP-2.2.19-17 számú - Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében, Orvostechnikai berendezések, különféle orvosi eszközök, fizioterápiás eszközök beszerzése

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

##### V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

**V.1.1) A befejezetlen eljárás oka**

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

**V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás**  igen  nem

**V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők <sup>2</sup>**

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

**V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők <sup>2</sup>**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

**V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: -**

##### V.2 Az eljárás eredménye

**V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 5

**V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők**

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

I. Ajánlattevő neve:

SZAMOS-H KFT

Ajánlattevő címe:

1113 Budapest, Karolina út 34. B 1/5-7

**CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ**  
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

Adószáma:		12128251-2-43
Nettó ajánlati ár I. rész:		19.546.387 Ft
<b>Műszaki többlettartalom keretében értékelt paraméterek I. rész</b>		<b>Ajánlott paraméter Igen/nem</b>
<b>1.</b>	<b>Négy rekeszes galvánkád</b>	
	A kezelőáramok szabályozását biztonságos elektronikai áramkörök végezzék. A készülék bekapcsoláskor öntesztet végez, az adatokat rögzítse. Ha eltérést tapasztal, azonnali hibajelzést adjon. A feszültséghez tartozó megfelelő áramerősséget garantálja.	<b>Igen</b>
<b>3.</b>	<b>Alsóvégtagi moztató robot (térd és csípőizület mozgató)</b>	
	Állítható sebesség 25-180fok / perc	<b>Igen</b>
	Beállítási lehetőség: flexió, extenzió, sebesség, mozgásciklusok közötti szünet	<b>Igen</b>
<b>4.</b>	<b>Felső végtagi mozgatórobot (1 db könyökizület mozgató, 1 db vállizület mozgató)</b>	
	Mozgástartomány növeléséhez speciális terápiás programok	<b>Igen</b>
	Vállrögzítés lehetősége	<b>Igen</b>
<b>5.</b>	<b>Ultrahang terápiás készülék</b>	
	Akusztikus és vizuális kontaktus kontroll led	<b>Igen</b>
<b>6.</b>	<b>Elektroterápiás, ultrahang- és kombinált terápiás készülék</b>	
	Akusztikus és vizuális kontaktus kontrol led .	<b>Igen</b>
	“A” csatorna beállításai átmásolhatók a “B” csatornára	<b>Igen</b>
	Vákuum Csatlakoztatható a készülékhez	<b>Igen</b>
	Lehetőség a pácienskábel és az elektródák tesztelésére	<b>Igen</b>
<b>9.</b>	<b>Vizsgálószék dönthető</b>	
	Terhelhetőség 150 kg	<b>Igen</b>
<b>11.</b>	<b>Elektroterápiás, ultrahang-, kombinált és lézer terápiás készülék</b>	
	“A” csatorna beállításai átmásolhatók a “B” csatornára	<b>Igen</b>
	Vákuum, Csatlakoztatható a készülékhez	<b>Igen</b>
	Lehetőség a pácienskábel és az elektródák tesztelésére	<b>Igen</b>

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható.

2. Ajánlattevő neve:

OMSZÖV-MEDIC KFT

**CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ**  
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

Ajánlattevő címe:		1081 Budapest, Kenyérmező u. 6.
Adószáma:		10957477-2-42
Nettó ajánlati ár 1. rész:		16.498.215 Ft
<b>Műszaki többlettartalom keretében értékelt paraméterek 1. rész</b>		<b>Ajánlott paraméter Igen/nem</b>
<b>1.</b>	<b>Négy rekeszes galvánkád</b>	
	A kezelőáramok szabályozását biztonságos elektronikai áramkörök végezzék. A készülék bekapcsoláskor öntesztet végez, az adatokat rögzítse. Ha eltérést tapasztal, azonnali hibajelzést adjon. A feszültséghez tartozó megfelelő áramerősséget garantálja.	<b>Igen</b>
<b>3.</b>	<b>Alsóvégtagi moztató robot (térd és csípőizület moztató)</b>	
	Állítható sebesség 25-180fok / perc	<b>Igen</b>
	Beállítási lehetőség: flexió, extenzió, sebesség, mozgásciklusok közötti szünet	<b>Igen</b>
<b>4.</b>	<b>Felső végtagi moztatórobot (1 db könyökizület moztató, 1 db vállizület moztató)</b>	
	Mozgástartomány növeléséhez speciális terápiás programok	<b>Igen</b>
	Vállrögzítés lehetősége	<b>Igen</b>
<b>5.</b>	<b>Ultrahang terápiás készülék</b>	
	Akusztikus és vizuális kontaktus kontroll led	<b>Igen</b>
<b>6.</b>	<b>Elektroterápiás, ultrahang- és kombinált terápiás készülék</b>	
	Akusztikus és vizuális kontaktus kontrol led .	<b>Igen</b>
	"A" csatorna beállításai átmásolhatók a "B" csatornára	<b>Nem</b>
	Vákuum Csatlakoztatható a készülékhez	<b>Igen</b>
	Lehetőség a pácienskábel és az elektródák tesztelésére	<b>Igen</b>
<b>9.</b>	<b>Vizsgálószék dönthető</b>	
	Terhelhetőség 150 kg	<b>Igen</b>
<b>11.</b>	<b>Elektroterápiás, ultrahang-, kombinált és lézer terápiás készülék</b>	
	"A" csatorna beállításai átmásolhatók a "B" csatornára	<b>Nem</b>
	Vákuum, Csatlakoztatható a készülékhez	<b>Igen</b>
	Lehetőség a pácienskábel és az elektródák tesztelésére	<b>Igen</b>

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható.

**CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ**  
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

3. Ajánlattevő neve:		KLIMEX MEDICAL KFT
Ajánlattevő címe:		2112 Veresegyház, Gerbera út 11.
Adószáma:		13423339-2-13
Nettó ajánlati ár I. rész:		25.919.040 Ft
<b>Műszaki többlettartalom keretében értékelt paraméterek I. rész</b>		<b>Ajánlott paraméter Igen/nem</b>
<b>1.</b>	<b>Négy rekeszes galvánkád</b>	
	A kezelőáramok szabályozását biztonságos elektronikai áramkörök végezzék. A készülék bekapcsoláskor öntesztet végez, az adatokat rögzítse. Ha eltérést tapasztal, azonnali hibajelzést adjon. A feszültséghez tartozó megfelelő áramerősséget garantálja.	<b>Igen</b>
<b>3.</b>	<b>Alsóvégtagi moztató robot (térd és csípőizület moztató)</b>	
	Állítható sebesség 25-180fok / perc	<b>Igen</b>
	Beállítási lehetőség: flexió, extenzió, sebesség, mozgásciklusok közötti szünet	<b>Igen</b>
<b>4.</b>	<b>Felső végtagi moztatórobot (1 db könyökizület moztató, 1 db vállizület moztató)</b>	
	Mozgástartomány növeléséhez speciális terápiás programok	<b>Igen</b>
	Vállrögzítés lehetősége	<b>Igen</b>
<b>5.</b>	<b>Ultrahang terápiás készülék</b>	
	Akusztikus és vizuális kontaktus kontroll led	<b>Igen</b>
<b>6.</b>	<b>Elektroterápiás, ultrahang- és kombinált terápiás készülék</b>	
	Akusztikus és vizuális kontaktus kontroll led .	<b>Igen</b>
	“A” csatorna beállításai átmásolhatók a “B” csatornára	<b>Igen</b>
	Vákuum Csatlakoztatható a készülékhez	<b>Igen</b>
	Lehetőség a pácienskábel és az elektródák tesztelésére	<b>Igen</b>
<b>9.</b>	<b>Vizsgálószék dönthető</b>	
	Terhelhetőség 150 kg	<b>Igen</b>
<b>11.</b>	<b>Elektroterápiás, ultrahang-, kombinált és lézer terápiás készülék</b>	
	“A” csatorna beállításai átmásolhatók a “B” csatornára	<b>Igen</b>
	Vákuum, Csatlakoztatható a készülékhez	<b>Igen</b>
	Lehetőség a pácienskábel és az elektródák tesztelésére	<b>Igen</b>

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő

**CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ**  
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

a benyújtott nyilatkozatai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható.

**V.2.3) Az ajánlatok értékelése:**

Az elbírálás részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: SZAMOS-H KFT	
		Értékelési pontszám	É. pontszám és súlyszám szorzata
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	60	8,60	516,00
2. Műszaki többlettartalom	10	10,00	100,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege:			<b>616,00</b>
Az elbírálás részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: OMSZÖV-MEDIC KFT	
		Értékelési pontszám	É. pontszám és súlyszám szorzata
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	60	10,00	600,00
2. Műszaki többlettartalom	10	8,97	89,70
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege:			<b>689,70</b>
Az elbírálás részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: KLIMEX MEDICAL KFT	
		Értékelési pontszám	É. pontszám és súlyszám szorzata
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	60	6,73	403,80
2. Műszaki többlettartalom	10	10,00	100,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege:			<b>503,80</b>

**V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:** Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa: 1, felső határa: 10 pont, a matematika szabályai szerint 2 tizedesjegyre kerekítve.

**V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:**

Ajánlati ár:

relatív értékelési módszer, Fordított arányosítás, azaz ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

$$P = (A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált}) * (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Műszaki többlettartalom:

relatív értékelési módszer, Egyenes arányosítás azaz ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat

$$P = (A \text{ vizsgált} / A \text{ legjobb}) * (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

**V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai::**

**OMSZÖV-MEDIC KFT** (1081 Budapest, Kenyérmező u. 6.) Ajánlattevő ajánlata érvényes, kizáró okok nem állnak fenn, megfelel az előírt alkalmassági követelmények, ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek Ajánlattevő közbeszerzési eljárásban a bírálati szempont Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette. Adószáma: 10957477-2-42 Ellenszolgáltatás összege: nettó 16 498 215 Ft

**V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -**

**V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele** - igen  **nem**

**CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ**  
**(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)**

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - <sup>2</sup>

**V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: -**

**V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

**V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

1. Ajánlattevő neve: MEDIVERSUM KFT.

Székhelye: 1126 Budapest, Márvány u. 42. IV. 4/A

adószám: 14199718-2-43

Ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen** mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Indoklás: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem csatolta ajánlatához:

- Az Ajánlati felhívás VI.3) 6.) pontja szerint részenként (1 rész, 2. rész, 3 rész) a **Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát** az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Ajánlata 25. oldalán található nyilatkozat nem részekre vonatkozóan került kiállításra)
- Az Ajánlati felhívás VI.3) 6.) pontja szerint részenként (1 rész, 2. rész, 3 rész) a **Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát** arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint ha az adott közbeszerzési eljárásban előírásra került, a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Ajánlata 23. oldalán található nyilatkozat nem részekre vonatkozóan került kiállításra)
- A Közbeszerzési Dokumentáció B. 6.1. pontja szerinti nyilatkozatát, hogy az ajánlat elektronikus példánya a papíralapúval mindenben megegyezik.

2. Ajánlattevő neve: STEELCO HUNGARY KFT

Ajánlattevő címe: 1116 Budapest, Temesvár u. 19-21.

adószám: 14971921-2-43

Ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen** mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indoklás:

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem csatolta ajánlatához az I. rész vonatkozásában:

Az Ajánlati felhívás VI.3) 12.) pontja szerint a megajánlott termékek magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírását az I. rész vonatkozásában.

**V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: -**

**V. szakasz: Az eljárás eredménye**

**A szerződés száma:** 2. rész **Elnevezés:** EFOP-2.2.19-17 számú - Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében Orvostechikai és kórháztechnikai felszerelések, beszerzése

Az eljárás eredményes volt  **igen**  **nem**

**V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ**

**V.1.1) A befejezetlen eljárás oka**

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

**V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás**  igen  nem

**V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők <sup>2</sup>**

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

**V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők <sup>2</sup>**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

**V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: -**

**V.2 Az eljárás eredménye**

**V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 6

**V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők**

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

I. Ajánlattevő neve:		SZAMOS-H KFT
Ajánlattevő címe:		1113 Budapest, Karolina út 34. B 1/5-7
Adószáma:		12128251-2-43
Nettó ajánlati ár 1. rész:		34.947.665 Ft
<b>Műszaki többlettartalom keretében értékelt paraméterek 2. rész</b>		<b>Ajánlott paraméter Igen/nem</b>
13.	<b>Felnőtt próbakeret</b>	
	Keret szöge állítható	Igen
	Választható szín	Igen
14.	<b>Dioptriámérő automata</b>	
	Színes érintő képernyő	Igen
	50 vagy több egyedi mérési adat tárolása	Igen
	Automatikus kontakt lenese mód	Igen
15.	<b>Autorefraktokeratométer</b>	
	Színes érintő képernyő	Igen
	Szervó motoros álltámasz emelés	Igen
	Pupilla távolságmérő	Igen
	kornea asztigmia és tengely 0,00 – 15,00D (0,05 / 0,12 / 0,25D) tengely 0-180°	Nem
16.	<b>EKG 6/ 12 csatornás</b>	
	Hálózatról történő működtetés, lemerült akkumulátor esetén is	Igen
	A4 formátumú nyomtatás lehetősége, direkt lézerpriinteren keresztül (számítógép használata nélkül)	Igen
	Lehetőség 3/6/12 csatorna + 3 ritmusgörbe monitorozása közötti választásra	Igen
19.	<b>Érdoppler</b>	
	Számítógéphez csatlakoztatható	Igen
21.	<b>Mikroszkóp</b>	



**CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ**  
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

	A trinokuláris tubus szemmagassága 2 fokozatban vagy folyamatosan emelhető legyen legalább 50 mm-ig, ezáltal ergonómikus felhasználóbarát felhasználás lehetséges	Igen
	Objektívek 60 mm-es parfokalitással (több lencse van beépítve, ezért segít az abberáció korrigálásában).	Nem
	Rendelkezzen a tárgyasztal refókuszáló mechanizmussal a hatékony folyamatos munkavégzéshez, mivel nincs szükség a minta cserélése után az újrafókuszálásra	Igen
22.	<b>CTG</b>	
	Beépített újra tölthető elem (mellyel 4 órás folyamatos működés garantált)	Igen
	Beépített hálózati csatlakozási interfész kábeles és kábel nélküli központi monitorozási megoldás	Igen
23.	<b>Ultrahang készülék nőgyógyászati</b>	
	A készülék klaviatúrájának és monitorának együttmozgása a klaviatúra magassági állíthatósága minimum 75 – 100 cm között legyen	Igen
24.	<b>Ultrahang készülék urológiai felhasználásra</b>	
	A készülék klaviatúrájának és monitorának együttmozgása a klaviatúra magassági állíthatósága minimum 75 – 100 cm között legyen	Igen
	A biopsziás csatorna prosztata irányába mutat. Nem párhuzamos a vizsgálófej tengelyével, azzal szöveget zár be.	Igen
25.	<b>Mammográfiai ultrahang készülék</b>	
	A készülék klaviatúrájának és monitorának együttmozgása a klaviatúra magassági állíthatósága minimum 75 – 100 cm között legyen	Igen

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható.

2. Ajánlattevő neve:		STEELCO HUNGARY KFT
Ajánlattevő címe:		1116 Budapest, Temesvár u. 19-21
Adószám:		14971921-2-43
Nettó ajánlati ár 2. rész:		34.567,400 Ft
<b>Műszaki többlettartalom keretében értékelt paraméterek 2. rész</b>		<b>Ajánlott paraméter Igen/nem</b>
13.	<b>Felnőtt próbakeret</b>	
	Keret szöge állítható	Igen
	Választható szín	Igen

**CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ**  
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

14.	<b>Dioptriámérő automata</b>	
	Színes érintő képernyő	Igen
	50 vagy több egyedi mérési adat tárolása	Igen
	Automatikus kontakt lencse mód	Igen
15.	<b>Autorefraktokeratométer</b>	
	Színes érintő képernyő	Igen
	Szervó motoros álltámasz emelés	Igen
	Pupilla távolságmérő	Igen
	kornea asztigmia és tengely 0,00 – 15,00D (0,05 / 0,12 / 0,25D) tengely 0-180°	Nem
16.	<b>EKG 6/ 12 csatornás</b>	
	Hálózatról történő működtetés, lemerült akkumulátor esetén is	Igen
	A4 formátumú nyomtatás lehetősége, direkt lézerpriinteren keresztül (számítógép használata nélkül)	Igen
	Lehetőség 3/6/12 csatorna + 3 ritmusgörbe monitorozása közötti választásra	Igen
19.	<b>Érdoppler</b>	
	Számítógéphez csatlakoztatható	Igen
21.	<b>Mikroszkóp</b>	
	A trinokuláris tubus szemmagassága 2 fokozatban vagy folyamatosan emelhető legyen legalább 50 mm-ig, ezáltal ergonómikus felhasználóbarát felhasználás lehetséges	Igen
	Objektívek 60 mm-es parfokalitással (több lencse van beépítve, ezért segít az abberáció korrigálásában).	Igen
	Rendelkezzen a tárgyasztal refókuszáló mechanizmussal a hatékony folyamatos munkavégzéshez, mivel nincs szükség a minta cserélése után az újrafókuszálásra	Igen
22.	<b>CTG</b>	
	Beépített újra tölthető elem (mellyel 4 órás folyamatos működés garantált)	Igen
	Beépített hálózati csatlakozási interfész kábeles és kábel nélküli központi monitorozási megoldás	Igen
23.	<b>Ultrahang készülék nőgyógyászati</b>	
	A készülék klaviatúrájának és monitorának együttmozgása a klaviatúra magassági állíthatósága minimum 75 – 100 cm között legyen	Igen
24.	<b>Ultrahang készülék urológiai felhasználásra</b>	

**CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ**  
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

	A készülék klaviatúrájának és monitorának együttmozgása a klaviatúra magassági állíthatósága minimum 75 – 100 cm között legyen	<b>Igen</b>
	A biopsziás csatorna prosztata irányába mutat. Nem párhuzamos a vizsgálófej tengelyével, azzal szöveget zár be.	<b>Igen</b>
25.	<b>Mammográfiai ultrahang készülék</b>	
	A készülék klaviatúrájának és monitorának együttmozgása a klaviatúra magassági állíthatósága minimum 75 – 100 cm között legyen	<b>Igen</b>

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható.

3. Ajánlattevő neve:		KLIMEX MEDICAL KFT
Ajánlattevő címe:		2112 Veresgyház, Gerbera út 11.
Adószáma:		13423339-2-13
Nettó ajánlati ár 1. rész:		39.382.700 Ft
<b>Műszaki többlettartalom keretében értékelt paraméterek 2. rész</b>		<b>Ajánlott paraméter Igen/nem</b>
13.	<b>Felnőtt próbakeret</b>	
	Keret szöge állítható	<b>Igen</b>
	Választható szín	<b>Igen</b>
14.	<b>Dioptriamérő automata</b>	
	Színes érintő képernyő	<b>Igen</b>
	50 vagy több egyedi mérési adat tárolása	<b>Igen</b>
	Automatikus kontakt lencse mód	<b>Igen</b>
15.	<b>Autorefraktokeratométer</b>	
	Színes érintő képernyő	<b>Igen</b>
	Szervó motoros álltámasz emelés	<b>Igen</b>
	Pupilla távolságmérő	<b>Igen</b>
	kornea asztigmia és tengely 0,00 – 15,00D (0,05 / 0,12 / 0,25D) tengely 0-180°	<b>Nem</b>
16.	<b>EKG 6/ 12 csatornás</b>	
	Hálózatról történő működtetés, lemerült akkumulátor esetén is	<b>Igen</b>
	A4 formátumú nyomtatás lehetősége, direkt lézertípuson keresztül (számítógép használata nélkül)	<b>Igen</b>

**CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ**  
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

	Lehetőség 3/6/12 csatorna + 3 ritmusgörbe monitorozása közötti választásra	<b>Igen</b>
19.	<b>Érdoppler</b>	
	Számítógéphez csatlakoztatható	<b>Igen</b>
21.	<b>Mikroszkóp</b>	
	A trinokuláris tubus szemmagassága 2 fokozatban vagy folyamatosan emelhető legyen legalább 50 mm-ig, ezáltal ergonomikus felhasználóbarát felhasználás lehetséges	<b>Igen</b>
	Objektívek 60 mm-es parfokalitással (több lencse van beépítve, ezért segít az aberráció korrigálásában).	<b>Igen</b>
	Rendelkezzen a tárgyasztal refókuszáló mechanizmussal a hatékony folyamatos munkavégzéshez, mivel nincs szükség a minta eszélése után az újrafókuszálásra	<b>Igen</b>
22.	<b>CTG</b>	
	Beépített újra tölthető elem (mellyel 4 órás folyamatos működés garantált)	<b>Igen</b>
	Beépített hálózati csatlakozási interfész kábeles és kábel nélküli központi monitorozási megoldás	<b>Igen</b>
23.	<b>Ultrahang készülék nőgyógyászati</b>	
	A készülék klaviatúrájának és monitorának együttmozgása a klaviatúra magassági állíthatósága minimum 75 – 100 cm között legyen	<b>Igen</b>
24.	<b>Ultrahang készülék urológiai felhasználásra</b>	
	A készülék klaviatúrájának és monitorának együttmozgása a klaviatúra magassági állíthatósága minimum 75 – 100 cm között legyen	<b>Igen</b>
	A biopsziás csatorna prosztata irányába mutat. Nem párhuzamos a vizsgálófej tengelyével, azzal szöveget zár be.	<b>Igen</b>
25.	<b>Mammográfiai ultrahang készülék</b>	
	A készülék klaviatúrájának és monitorának együttmozgása a klaviatúra magassági állíthatósága minimum 75 – 100 cm között legyen	<b>Igen</b>

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényességét nyilvánítható.

4. Ajánlattevő neve:	MEDIREX KER. SZOLG. ZRT
Ajánlattevő címe:	1142 Budapest, Szatmár u. 46/A
Nettó ajánlati ár 2. rész:	35.430.000 Ft
Adószám:	11909879-2-42

**CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ**  
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

Műszaki többlettartalom keretében értékelt paraméterek 2. rész		Ajánlott paraméter Igen/nem
13.	<b>Felnőtt próbakeret</b>	
	Keret szöge állítható	Igen
	Választható szín	Igen
14.	<b>Dioptriámérő automata</b>	
	Színes érintő képernyő	Igen
	50 vagy több egyedi mérési adat tárolása	Igen
	Automatikus kontakt lencse mód	Nem
15.	<b>Autorefraktokeratométer</b>	
	Színes érintő képernyő	Igen
	Szervó motoros álltámasz emelés	Igen
	Pupilla távolságmérő	Igen
	kornea asztigmia és tengely 0,00 – 15,00D (0,05 / 0,12 / 0,25D) tengely 0-180°	Igen
16.	<b>EKG 6/ 12 csatornás</b>	
	Hálózatról történő működtetés, lemerült akkumulátor esetén is	Igen
	A4 formátumú nyomtatás lehetősége, direkt lézerprinteren keresztül (számítógép használata nélkül)	Igen
	Lehetőség 3/6/12 csatorna + 3 ritmusgörbe monitorozása közötti választásra	Igen
19.	<b>Érdoppler</b>	
	Számítógéphez csatlakoztatható	Igen
21.	<b>Mikroszkóp</b>	
	A trinokuláris tubus szemmagassága 2 fokozatban vagy folyamatosan emelhető legyen legalább 50 mm-ig, ezáltal ergonomikus felhasználóbarát felhasználás lehetséges	Igen
	Objektívek 60 mm-es parfokalitással (több lencse van beépítve, ezért segít az abberáció korrigálásában).	Igen
	Rendelkezzen a tárgyasztal refókuszáló mechanizmussal a hatékony folyamatos munkavégzéshez, mivel nincs szükség a minta cserélése után az újrafókuszálásra	Igen
22.	<b>CTG</b>	
	Beépített újra tölthető elem (mellyel 4 órás folyamatos működés garantált)	Igen

**CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ**  
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

	Beépített hálózati csatlakozási interfész kábeles és kábel nélküli központi monitorozási megoldás	<b>Igen</b>
23.	<b>Ultrahang készülék nőgyógyászati</b>	
	A készülék klaviatúrájának és monitorának együttmozgása a klaviatúra magassági állíthatósága minimum 75 – 100 cm között legyen	<b>Igen</b>
24.	<b>Ultrahang készülék urológiai felhasználásra</b>	
	A készülék klaviatúrájának és monitorának együttmozgása a klaviatúra magassági állíthatósága minimum 75 – 100 cm között legyen	<b>Igen</b>
	A biopsziás csatorna prosztata irányába mutat. Nem párhuzamos a vizsgálófej tengelyével, azzal szöveget zár be.	<b>Igen</b>
25.	<b>Mammográfiai ultrahang készülék</b>	
	A készülék klaviatúrájának és monitorának együttmozgása a klaviatúra magassági állíthatósága minimum 75 – 100 cm között legyen	<b>Igen</b>

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható.

5. Ajánlattevő neve:		VMD KÓRHÁZI TECH. ZRT
Ajánlattevő címe:		2400 Dunaújváros, Petőfi S u. 63
Adószám:		13215613-2-07
Nettó ajánlati ár 2. rész:		37.399.998 Ft
<b>Műszaki többlettartalom keretében értékelt paraméterek 2. rész</b>		<b>Ajánlott paraméter Igen/nem</b>
13.	<b>Felnőtt próbakeret</b>	
	Keret szöge állítható	<b>Igen</b>
	Választható szín	<b>Nem</b>
14.	<b>Dioptriámérő automata</b>	
	Színes érintő képernyő	<b>Igen</b>
	50 vagy több egyedi mérési adat tárolása	<b>Igen</b>
	Automatikus kontakt lencse mód	<b>Igen</b>
15.	<b>Autorefraktokeratométer</b>	
	Színes érintő képernyő	<b>Igen</b>
	Szervó motoros álltámasz emelés	<b>Igen</b>
	Pupilla távolságmérő	<b>Igen</b>
	kornea asztigmia és tengely 0,00 – 15,00D (0,05 / 0,12 / 0,25D) tengely 0-180°	<b>Nem</b>

**CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ**  
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

16.	<b>EKG 6/ 12 csatornás</b>	
	Hálózatról történő működtetés, lemerült akkumulátor esetén is	Igen
	A4 formátumú nyomtatás lehetősége, direkt lézerprinteren keresztül (számítógép használata nélkül)	Igen
	Lehetőség 3/6/12 csatorna + 3 ritmusgörbe monitorozása közötti választásra	Igen
19.	<b>Érdoppler</b>	
	Számítógéphez csatlakoztatható	Igen
21.	<b>Mikroszkóp</b>	
	A trinokuláris tubus szemmagassága 2 fokozatban vagy folyamatosan emelhető legyen legalább 50 mm-ig, ezáltal ergonómikus felhasználóbarát felhasználás lehetséges	Igen
	Objektívek 60 mm-es parfokalitással (több lencse van beépítve, ezért segít az abberáció korrigálásában).	Igen
	Rendelkezzen a tárgyasztal refókuszáló mechanizmussal a hatékony folyamatos munkavégzéshez, mivel nincs szükség a minta cserélése után az újrafókuszálásra	Igen
22.	<b>CTG</b>	
	Beépített újra tölthető elem (mellyel 4 órás folyamatos működés garantált)	Nem
	Beépített hálózati csatlakozási interfész kábeles és kábel nélküli központi monitorozási megoldás	Nem
23.	<b>Ultrahang készülék nőgyógyászati</b>	
	A készülék klaviatúrájának és monitorának együttmozgása a klaviatúra magassági állíthatósága minimum 75 – 100 cm között legyen	Igen
24.	<b>Ultrahang készülék urológiai felhasználásra</b>	
	A készülék klaviatúrájának és monitorának együttmozgása a klaviatúra magassági állíthatósága minimum 75 – 100 cm között legyen	Igen
	A biopsziás csatorna prosztata irányába mutat. Nem párhuzamos a vizsgálófej tengelyével, azzal szöget zár be.	Igen
25.	<b>Mammográfiai ultrahang készülék</b>	
	A készülék klaviatúrájának és monitorának együttmozgása a klaviatúra magassági állíthatósága minimum 75 – 100 cm között legyen	Igen
<b>Műszaki többlettartalom keretében értékelt paraméterek 3. rész</b>		<b>Ajánlott paraméter Igen/nem</b>

**CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ**  
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

30.	<b>Műszermosogató automata</b>	
	Szárítóventillátor teljesítménye. 250 m3/h	Igen
	Vizkeringető szivattyú teljesítménye 600 l/perc	Igen
31.	<b>Fedőautomata</b>	
	Cytológiai és hisztológia minták egyidejű kezelése automatikus felismerése, felhasználói beavatkozás nélkül	Igen
	<b>Fedési kapacitása: óránként legalább 500 db tárgylemez</b>	
	Az 500 db fedőlemez egyszerre, egy mozdulattal történő betöltése megoldható legyen (gyorsabb munkavégzés, ill. a fedőlemezek szennyezése elkerülendő)	Igen
	Érintőképernyős kezelőfelület, egyszerűbb és átláthatóbb üzemeltetés miatt	Igen
32.	<b>Festőautomata elszívóberendezéssel</b>	
	Metszetszáritó funkció, legalább 5 független fűtési hellyel, ezáltal nincs szükség külön termosztátra a festés előkészítéséhez, mivel egyszerre akár 100 db tárgylemez deparafinálása is lehetséges.	Igen
	Kis helyigényű maximum 800 x 750 mm (kis helyen nagy festési kapacitás, így a legsűrűltabb laborokban is könnyen elhelyezhető)	Igen
	Legfeljebb 350 ml-es festő edények, a költséghatékony működtetés érdekében	Igen
	Színes érintőképernyős kezelőfelület.	Igen
	magyar nyelvű szoftver,	Igen
	jelszó védelem	Igen
	beépített akkumulátorral (áramszünet áthidalás 30 perc)	Igen

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható.

**V.2.3) Az ajánlatok értékelése:**

Az elbírálás részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: SZAMOS-H KFT	
		Értékelési pontszám	É. pontszám és súlyszám szorzata
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	60	9,90	594,00
2. Műszaki többlettartalom	10	9,66	96,60
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege:			<b>690,60</b>
Az elbírálás részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: MEDIREX KER. SZOLG. ZRT	
		Értékelési	É. pontszám és



**CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ**  
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

		pontszám	súlyszám szorzata
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	60	9,33	559,80
2. Műszaki többlettartalom	10	10,00	100,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege:			<b>659,80</b>
<b>Az elbírálás részszempontjai</b>	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: STEELCO HUNGARY KFT	
		Értékelési pontszám	É. pontszám és súlyszám szorzata
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	60	10,00	600,00
2. Műszaki többlettartalom	10	10,00	100,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege:			<b>700,00</b>
<b>Az elbírálás részszempontjai</b>	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: VMD KÓRHÁZI TECH. ZRT	
		Értékelési pontszám	É. pontszám és súlyszám szorzata
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	60	9,32	559,20
2. Műszaki többlettartalom	10	8,98	89,80
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege:			<b>649,00</b>
<b>Az elbírálás részszempontjai</b>	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: KLIMEX MEDICAL KFT	
		Értékelési pontszám	É. pontszám és súlyszám szorzata
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	60	8,90	534,00
2. Műszaki többlettartalom	10	10,00	100,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege:			<b>634,00</b>

**V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:** Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa: 1, felső határa: 10 pont, a matematika szabályai szerint 2 tizedesjegyre kerekítve.

**V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:**

Ajánlati ár:

relatív értékelési módszer, Fordított arányosítás, azaz ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

$$P = (A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált}) * (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Műszaki többlettartalom:

relatív értékelési módszer, Egyenes arányosítás azaz ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat

$$P = (A \text{ vizsgált} / A \text{ legjobb}) * (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

**V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

**STEELCO HUNGARY KFT** (1116 Budapest, Temesvár u. 19-21.) Ajánlattevő ajánlata érvényes, kizáró okok nem állnak fenn, megfelel az előírt alkalmassági követelmények, ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek Ajánlattevő közbeszerzési eljárásban a bírálati szempont Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette. Adószáma:14971921-2-43 Ellenszolgáltatás összege: nettó 34 567 400 Ft

**V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -**

<b>V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele</b> - igen <input checked="" type="checkbox"/> <b>nem</b> A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - <sup>2</sup>
<b>V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:</b> -
<b>V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek</b> Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
<b>V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők</b> Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: Neve: MEDIVERSUM KFT. Székhelye: 1126 Budapest, Márvány u. 42. IV. 4/A adószám: 14199718-2-43 Ajánlattevő ajánlata a <b>Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen</b> mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indoklás: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem csatolta ajánlatához: <ul style="list-style-type: none"><li>- Az Ajánlati felhívás VI.3) 6.) pontja szerint <u>részenként</u> (1 rész, 2. rész, 3 rész) a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti <u>nyilatkozatát</u> az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Ajánlata 25. oldalán található nyilatkozat nem részekre vonatkozóan került kiállításra)</li><li>- Az Ajánlati felhívás VI.3) 6.) pontja szerint <u>részenként</u> (1 rész, 2. rész, 3 rész) a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti <u>nyilatkozatát</u> arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint ha az adott közbeszerzési eljárásban előírásra került, a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Ajánlata 23. oldalán található nyilatkozat nem részekre vonatkozóan került kiállításra)</li><li>- A Közbeszerzési Dokumentáció B. 6.1. pontja szerinti <u>nyilatkozatát</u>, hogy az ajánlat elektronikus példánya a papíralapúval <u>mindenben megegyezik</u>.</li></ul>
<b>V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:</b> -

## V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3. rész **Elnevezés:** „EFOP-2.2.19-17 számú - Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Csornai Margit Kórházban projekt keretében Orvostechikai és kórháztechnikai felszerelések, beszerzése

Az eljárás eredményes volt  **igen**  **nem**

### V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

<b>V.1.1) A befejezetlen eljárás oka</b> <input type="checkbox"/> A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka: <input type="checkbox"/> A szerződés megkötését megtagadták
<b>V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás</b> <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
<b>V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők</b> <sup>2</sup> Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
<b>V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők</b> <sup>2</sup> Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
<b>V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:</b> -

## V.2 Az eljárás eredménye

<b>V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk</b> A beérkezett ajánlatok száma: 4
<b>V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők</b>

**CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ**  
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

I. Ajánlattevő neve:		VMD KÓRHÁZI TECH. ZRT
Ajánlattevő címe:		2400 Dunaújváros, Petőfi S u. 63
Adószám:		13215613-2-07
Nettó ajánlati ár 3. rész:		32.806.969 Ft
<b>Műszaki többlettartalom keretében értékelt paraméterek 3. rész</b>		<b>Ajánlott paraméter Igen/nem</b>
30.	<b>Műszermosogató automata</b>	
	Szárítóventillátor teljesítménye. 250 m3/h	Igen
	Vízkeringető szivattyú teljesítménye 600 l/perc	Igen
31.	<b>Fedőautomata</b>	
	Cytológiai és hisztológia minták egyidejű kezelése automatikus felismerése, felhasználói beavatkozás nélkül	Igen
	<b>Fedési kapacitása: óránként legalább 500 db tárgylemez</b>	
	Az 500 db fedőlemez egyszerre, egy mozdulattal történő betöltése megoldható legyen (gyorsabb munkavégzés, ill. a fedőlemezek szennyezése elkerülendő)	Igen
	Érintőképernyős kezelőfelület, egyszerűbb és átláthatóbb üzemeltetés miatt	Igen
32.	<b>Festőautomata elszívóberendezéssel</b>	
	Metszetszártó funkció, legalább 5 független fűtési hellyel, ezáltal nincs szükség külön termosztátra a festés előkészítéséhez, mivel egyszerre akár 100 db tárgylemez deparafinálása is lehetséges.	Igen
	Kis helyigényű maximum 800 x 750 mm (kis helyen nagy festési kapacitás, így a legzsúfoltabb laborokban is könnyen elhelyezhető)	Igen
	Legfeljebb 350 ml-es festő edények, a költséghatékony működtetés érdekében	Igen
	Színes érintőképernyős kezelőfelület.	Igen
	magyar nyelvű szoftver,	Igen
	jelszó védelem	Igen
	beépített akkumulátorral (áramszünet áthidalás 30 perc)	Igen

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható.

**CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ**  
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

2. Ajánlattevő neve:		KLIMEX MEDICAL KFT
Ajánlattevő címe:		2112 Veresegyház, Gerbera út 11.
Adószáma:		13423339-2-13
Nettó ajánlati ár 1. rész:		29.160.270 Ft
<b>Műszaki többlettartalom keretében értékelt paraméterek 3. rész</b>		<b>Ajánlott paraméter Igen/nem</b>
30.	<b>Műszermosogató automata</b>	
	Szárítóventillátor teljesítménye. 250 m3/h	Igen
	Vízkeringető szivattyú teljesítménye 600 l/perc	Igen
31.	<b>Fedőautomata</b>	
	Cytológiai és hisztológia minták egyidejű kezelése automatikus felismerése, felhasználói beavatkozás nélkül	Igen
	<b>Fedési kapacitása: óránként legalább 500 db tárgylemez</b>	
	Az 500 db fedőlemez egyszerre, egy mozdulattal történő betöltése megoldható legyen (gyorsabb munkavégzés, ill. a fedőlemezek szennyezése elkerülendő)	Igen
	Érintőképernyős kezelőfelület, egyszerűbb és átláthatóbb üzemeltetés miatt	Igen
32.	<b>Festőautomata elszívóberendezéssel</b>	
	Metszetszártó funkció, legalább 5 független fűtési hellyel, ezáltal nincs szükség külön termosztátra a festés előkészítéséhez, mivel egyszerre akár 100 db tárgylemez deparafinálása is lehetséges.	Igen
	Kis helyigényű maximum 800 x 750 mm (kis helyen nagy festési kapacitás, így a legzsúfoltabb laborokban is könnyen elhelyezhető)	Igen
	Legfeljebb 350 ml-es festő edények, a költséghatékony működtetés érdekében	Igen
	Színes érintőképernyős kezelőfelület.	Igen
	magyar nyelvű szoftver,	Igen
	jelszó védelem	Igen
	beépített akkumulátorral (áramszünet áthidalás 30 perc)	Igen

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható.

**CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ**  
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

**V.2.3) Az ajánlatok értékelése:**

Az elbírálás részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: VMD KÓRHÁZI TECH. ZRT	
		Értékelési pontszám	É. pontszám és súlyszám szorzata
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	60	9,00	540,00
2. Műszaki többlettartalom	10	10,00	100,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege:			<b>640,00</b>
Az elbírálás részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: KLIMEX MEDICAL KFT	
		Értékelési pontszám	É. pontszám és súlyszám szorzata
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	60	10,00	600,00
2. Műszaki többlettartalom	10	10,00	100,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege:			<b>700,00</b>

**V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:** Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa: 1, felső határa: 10 pont, a matematika szabályai szerint 2 tizedesjegyre kerekítve.

**V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:**

Ajánlati ár:

relatív értékelési módszer, Fordított arányosítás, azaz ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

$$P = (A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált}) * (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Műszaki többlettartalom:

relatív értékelési módszer, Egyenes arányosítás azaz ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat

$$P = (A \text{ vizsgált} / A \text{ legjobb}) * (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

**V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai::**

**KLIMEX MEDICAL KFT.** (2112 Veresegyház, Gerbera út 11.) Ajánlattevő ajánlata érvényes, kizáró okok nem állnak fenn, megfelel az előírt alkalmassági követelmények, ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek Ajánlattevő közbeszerzési eljárásban a bírálati szempont Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette. Adószáma: 13423339-2-13 Ellenszolgáltatás összege: nettó 29.160.270 Ft

**V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -**

**V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele - igen  nem**

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -<sup>2</sup>

**V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: -**

**V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az

**CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ**  
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

**V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

1. Ajánlattevő neve: MEDIVERSUM KFT.

Székhelye: 1126 Budapest, Márvány u. 42. IV. 4/A

adószám: 14199718-2-43

Ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen** mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Indoklás: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem csatolta ajánlatához:

- Az Ajánlati felhívás VI.3) 6.) pontja szerint részenként (1 rész, 2. rész, 3 rész) a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Ajánlata 25. oldalán található nyilatkozat nem részekre vonatkozóan került kiállításra)
- Az Ajánlati felhívás VI.3) 6.) pontja szerint részenként (1 rész, 2. rész, 3 rész) a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint ha az adott közbeszerzési eljárásban előírásra került, a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Ajánlata 23. oldalán található nyilatkozat nem részekre vonatkozóan került kiállításra)
- A Közbeszerzési Dokumentáció B. 6.1. pontja szerinti nyilatkozatát, hogy az ajánlat elektronikus példánya a papíralapúval mindenben megegyezik.

2. Ajánlattevő neve: STEELCO HUNGARY KFT

Ajánlattevő címe: 1116 Budapest, Temesvár u. 19-21.

adószám: 14971921-2-43

Ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen** mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indoklás:

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem csatolta ajánlatához a 3. rész vonatkozásában:

Az Ajánlati felhívás VI.3) 12.) pontja szerint a megajánlott termékek magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírását a 3. rész vonatkozásában.

**V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: -**

**VI. szakasz: Kiegészítő információk**

**VI.1) További információk:**

**VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama**

Kezdet: 2018/03/13 Lejárata: 2018/03/23

**VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/03/12**

**VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/03/12**

**VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: -**

**VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: -**

**VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: -**

**VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:-**

**VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: -**

**VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:-**

**VI.1.10) További információk:**



Csornai Margit Kórház

